

# 연구실사고 보고서

사고유형	연기발생	학과(부)명	보건의료과학기기센터
사고일시	2021.07.22.(목) 12:00경	사고장소	하나과학관 B113호
인적피해	- 없음		
물적피해	- 없음		
사고원인 및 발생경위	- 2021년 7월 22일 목요일 11시 25분경 바이오시스템의과학부 학생이 하나과학관 B113호에 있는 고압증기멸균기를 가동하였으나, 오후 12시 15분경 고압증기멸균기 내부 온도가 비정상적으로 상승하여 고무가 연소되었고 다량의 연기가 발생. - 기기 센서 이상으로 인한 과열로 원인조사완료.		
조치현황	- 신고 즉시 현장출동하여 멸균기 가동 중지 및 건물 전체 공조시스템 가동 - 비상대피방송 및 건물출입통제 실시 (오후 2시까지)		
향후 재발방지 조치계획	- 노후화된 기기에 대한 정기점검 실시 및 지속적인 모니터링 권장 - 공동기기실에 연기감지기 설치 예정		

<현장 사진>

