

연구실사고 보고서

사고유형	요추 및 추간판 장애	학과(부)명	화공생명공학과
사고일시	2022.03.24.(목) 14:00경	사고장소	신공학관 811호
인적피해	- 허리 척추 부위 디스크 파열		
물적피해	- 없음		
사고원인 및 발생경위	- 2022년 3월 24일(목) 14:00경, 신공학관 811호 실험실에서 장비(슈링크라인 및 진공펌프) 정비 도중 허리 척추 부위 디스크 파열		
조치현황	- 일정으로 인해 통증 발생 직후가 아닌 이틀 뒤인 3월 26일(토) 오전 11시 30분경 고려대학교 안암병원 응급실 입원 후 응급처치.		
향후 재발방지 조치계획	- 중량물 취급 방법 교육을 통해 근골격계에 무리가 가지 않도록 조치 - 실험 장비의 주기적인 정비와 보수를 할 수 있도록 교육		

<현장 사진>



[슈링크라인]



[진공펌프]

사고현장